



PPU Chemco Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 19,
83-033 Sobowidz
tel. +48 58 692-21-90
fax. +48 58 692-21-96

Notatka służbowa

06.03.2018

W toku trwania zapytania ofertowego nr 1/2018 dotyczącego realizacji projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy „CHEMCO” celem prowadzenia badań nad składnikami wyrobów kosmetycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wpłynęły następujące pytania:

- 1. Czy dopuszczą Państwo refraktometr, którego zakres kontroli temperaturowej próbki wynosi od 5 do 100°C - model RA-600 firmy Kyoto lub w modelu RA-620 5-75 °C?**

Odpowiedź. Nie, nie dopuszczamy. Refraktometr musi posiadać zakres kontroli temperaturowej próbki zgodny z zapytaniem ofertowym nr 1/2018 (od 10 do 110°C).

- 2. Czy Zamawiający dopuści refraktometr z modulem Peltiera z zakresem kontroli temperaturowej próbki od 5°C do 90°C, spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuści refraktometru z zakresem kontroli temperaturowej próbki od 5°C do 90°C ponieważ próbki, które będą badane na urządzeniu osiągają temperatury powyżej 100°C. Refraktometr musi posiadać zakres kontroli temperaturowej próbki zgodny z zapytaniem ofertowym nr 1/2018 (od 10 do 110°C).


PREZES ZARZĄDU
Ryszard Dofewa
Dyrektor Naczelny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
>>**CHEMCO**<< Sp. z o.o.
83-033 Sobowidz, ul. Kościuszki 19
tel. 58 692 21 90, 58 692 21 91
fax 58 692 21 96